



S.C. Gestione Acquisti

Legnano, 29/12/2025

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 71 DEL D.LGS 36/2023, PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI SISTEMI PER PROCEDURE MININVASIVE PER L'ATTIVITA' CHIRURGICA, PER LA DURATA DI 36 MESI, GARA AGGREGATA TRA L'ASST OVEST MILANESE IN QUALITA' DI CAPOFILA E VARIE AZIENDE SANITARIE MANDANTI.

CHIARIMENTO N. 1

Sono pervenuti quesiti relativamente alla procedura in oggetto, di seguito riportati con le relative risposte.

Domanda 1: siamo a richiedere un chiarimento in merito alle specifiche tecniche previste dal capitolato di gara relativo alla fornitura del sistema laser in oggetto.

In particolare, il sistema da noi proposto presenta una potenza (espressa in Watt) superiore rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara. Inoltre, le fibre disponibili nel nostro sistema risultano differenti per tipologia e caratteristiche costruttive rispetto a quelle espressamente richieste nel capitolato.

A tal proposito, al fine di formulare un'offerta corretta e pienamente conforme ai requisiti della procedura, chiediamo cortesemente di confermare se, ai fini della partecipazione alla gara, sia applicabile il principio di equivalenza, ovvero se sia consentito proporre soluzioni tecniche diverse da quelle indicate, purché garantiscano prestazioni, funzionalità ed efficacia clinica equivalenti e il medesimo risultato finale.

Risposta 1: Il Capitolato di gara prevede per il laser una potenza fino a 12 watt, l'apparecchiatura proposta dall'O.E., se di potenza superiore, sarà valutata dalla Commissione Giudicatrice, con il principio di equivalenza e con riferimento alla tipologia di vene trattabili.

Quanto sopra si intende applicato anche alle fibre che intende proporre l'O.E.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Monica Berra

Responsabile Unico del Progetto: Dott.ssa Monica Berra

Responsabile del procedimento: Giacomina Valenti